


# ミニプリズム/M-1000MP パーツリスト

Vol. 1804

6. 軸受、7. 固定指標を取付ける際、トルクドライバーで、35 cN・mのトルクにて締め込みをお願いします。規定数値以上のトルクで締め付けた場合ネジ切を起こし破損する恐れが御座います。トルクドライバーをお持ちでない場合はCSセンターへ各部の整備を踏まえた、メンテナンスにお出してください。



イラスト番号	部品コード	部品名	備考
1	706200	ロゴキャップ(ロゴシール付)	
2	706201	キャップ	
3	706202	パッキン	
4	706203	ヨーク(フランジブッシュ付)	
5	706204	移動指標	
6	706205	軸受	
7	706206	固定指標	取付ける為の19. 専用治具が必要です。
8	706207	気泡キャップ	
9	706208	円形気泡管(台座付)	
10	793005	スチールボール(鋼球)	
11	706209	本体	
12	706210	押し部品	
13	791074	0番小ネジ M2L6	
14	792012	平座金 M2.5	
15	792011	バネ座金 M2.5	
16	791057	六角穴付ボルト M2.5	
17	706212	チルト部一式	
18	706213	固定指標取付治具	
19	706214	チルトホルダー一式(ミラー無し)	イラスト番号1,2,3,18とミラー部を除く一式